

Fiche d'information sur les cordons de mesure Chauvin Arnoux

Nous vous remercions de votre intérêt et de votre confiance dans nos services. Nous nous réjouissons d'exécuter votre commande ou d'avoir déjà pu le faire.


Veuillez tenir compte de la remarque suivante concernant les cordons de mesure, qui permet d'éviter des dommages, des erreurs de mesure et des dépenses supplémentaires :

Cordons de mesure

Les mesures d'isolation sont effectuées à l'aide des cordons de mesure à 2 ou 3 pôles fournis, avec 3 cordons de mesure de sécurité individuels.

Lors de l'envoi des appareils de mesure, il faut veiller à ce que les différents cordons de mesure soient séparés les uns des autres, et donc **qu'ils ne soient ni attachés ensemble, ni entrelacés, ni tordus les uns dans les autres.**

Les cordons de mesure qui ne remplissent pas ces exigences **peuvent provoquer des erreurs de mesure** dues à des courants de fuite, à des courants capacitifs ou à des courants de fuite superficiels.



Siège social:

APTOMET AG
Worbstrasse 201
CH-3073 Gümligen
Tel. +41 31 934 06 00
Fax +41 31 934 06 01

Succursale:

APTOMET AG
Luppenstrasse 3
CH-8320 Fehraltorf
Tel. +41 31 934 06 02
Fax +41 31 934 06 01

www.aptommet.ch
info@aptommet.ch

Nous nous tenons personnellement à votre disposition pour toute question ou information complémentaire.